



z. SK/7192/DPUB/05/2020

Warszawa, dnia 16.09.2020 r.

Wyjaśnienie i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę foteli ginekologicznych w ramach projektu "Misja: Dziecko". Modernizacja i doposażenie Szpitala Karowa jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.” (nr 06/09/20).

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dot.

Poz. 1: Fotel ginekologiczny zabiegowy na podstawie jezdnej – 1 szt.

Poz. 2: Fotel ginekologiczny zabiegowy – 1 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, którego podstawa oraz kolumna są zabezpieczone osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo w jasnym kolorze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, którego segmenty leża tapicerowane są również od spodu, co nie wymaga konieczności stosowania dodatkowych osłon spodnich części segmentów fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, którego spodnie części segmentów fotela są zabezpieczone osłonami wykonanymi ze stali malowanej proszkowo w jasnym kolorze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością poprowadzenia podkładu papierowego w rolce pomiędzy segmentem pleców i segmentem siedziska oraz na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w podpory pod rękę pacjenta z możliwością szybkiego demontażu, których konstrukcja jest wykonana ze stali malowanej proszkowo, wykończenie: spieniona pianka poliuretanowa tapicerowana sztuczną skórą w kolorze wybranym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w schodek dostawiany do podstawy fotela, wykonany ze stali malowanej proszkowo w jasnym kolorze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym elektryczne regulacje fotela realizowane są ze sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600-900mm? Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podstawą o długości 935mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie $-5^{\circ}/+75^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją segmentu głowy wspomaganą sprężyną gazową w zakresie $\pm 20^{\circ}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

W związku ze sprzecznymi zapisami dotyczącymi segmentu głowy fotela ginekologicznego prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga regulowanego segmentu głowy, czy stałego (nie regulowanego) segmentu głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga regulowanego segmentu głowy.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w programator 2 pozycji zabiegowych realizowanych za pomocą przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości programowania pozycji zabiegowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny zabiegowy z podstawą wyposażoną w koła o średnicy 75mm z blokadą?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Anna Pietruszka



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

