



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej



UL. KAROWA 2, 00-315 WARSZAWA
CENTRALA: 22 596 6100
SEKRETARIAT: 22 596 6160
FAX: 22 596 6474
WWW.SZPITALKAROWA.PL
E-MAIL: SEKRETARIAT@SZPITALKAROWA.PL

L.dz. SK/172.../DPUB/05/2012

Warszawa, dnia 02/02/2012r.

**Dla wszystkich
uczestników postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa bielizny zabiegowej jednorazowego użytku, niesterylnej” nr 02/01/12.

Wyjaśnienie i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompletów chirurgicznych jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z dwoma kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V”, materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o gramaturze 45g/m². Materiał ubrania bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795- 1- 3, rozmiary S, M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczony produkt, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać zaofiarowany produkt.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Anna Pietruszka

DYREKTOR

prof. nadzw. dr hab. n. med.
Roman Smolareczyk