



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej



UL. KAROWA 2, 00-315 WARSZAWA
CENTRALA: 22 596 6100
SEKRETARIAT: 22 596 6160
FAX: 22 596 6474
WWW.SZPITALKAROWA.PL
E-MAIL: SEKRETARIAT@SZPITALKAROWA.PL

...dz. SK/135.../DPUB/05/2011

Warszawa, dnia 03/02/2012r.

**Dla wszystkich
uczestników postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawy worków i biuret do żywienia pozajelitowego” nr 01/02/12.

Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dot. pozycji 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie Biurety cztero miejscowej do napełniania worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 150ml zawierający pływak, który ułatwia prawidłowy odczyt poziomu płynu.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczony produkt, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać zaoferowany produkt.

DYREKTOR
*Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Roman Smolarczyk*